

2011年2月

特約店様各位

NO. 11-TC-04

旭硝子株式会社 AGC電子カンパニー
エレクトロニクス事業本部 コンシューマ事業部
サイテック部

「PS製滅菌チューブ再販売中止」のお知らせ

拝啓 貴社益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ポリスチレン（PS）製滅菌チューブにつきまして、2010年4月公文にて、クラック発生の問題により「販売見合わせ」と「改善後の再販売予定」の旨をご案内させて頂きましたが、この度、再販売を行わない事となりましたので、再度、ご案内させて頂きます。当初、製造元ではこの問題を解決するために、原材料の変更を検討しておりましたが、残念ながらよい材料が見つからず、改善品を用意することができない状況です。

ご迷惑をお掛けし申し訳ありませんが、何卒ご理解頂けますようお願い申し上げます。

敬具

記

- 再販売中止対象製品 : PS製滅菌チューブ 4品種

カタログ番号	品種コード	サイズ(mm)	包装	代替え品候補：PP製同等品
11-025-002	2230-012N	12×75	個包装	2235-012N
11-025-006	2240-017N	17×100	個包装	2245-017N
11-025-004	2231-012N	12×75	バルク包装	2236-012N
11-025-008	2241-017N	17×100	バルク包装	2246-017N

ご迷惑をお掛けしますこと重ねてお詫び申し上げます。

ご不明な点は、代理店または、弊社担当営業までご連絡下さい。

以上