

2011年7月

特約店様各位

NO. 11-RE-17

旭硝子株式会社
AGC 電子カンパニー
エレクトロニクス事業本部
コンシューマ事業部 サイテック部

KOMA 社 ELISA キット Buffer 組成変更についてのお知らせ

拝啓

平素は弊社製品をご愛顧いただき厚くお礼申し上げます。さて、標題「KOMA 社 ELISA キット Buffer 組成変更」につきまして、下記の通りご案内申し上げます。何卒宜しく願い申し上げます。

敬具

記

KOMA 社 ELISA キット輸入販売元のテフコ社より、ELISA キット中の Buffer 組成が変更になり、毒物及び劇物取締法で指定毒物となっているチメロサル(濃度 0.01%)が含まれることになる旨の案内がありましたので、ご連絡致します。

<Buffer 組成変更について>

- 変更内容: Assay Buffer(希釈液)が、チメロサル 0.01%入りへ変更
⇒ Assay Buffer ボトル本体、ELISA キット箱に(毒物)である旨を表示します。
- 変更時期: 2011年7月19日以降出荷分より
- 対象製品: KOMA 社 全 ELISA キット (Assay Buffer は、全 ELISA キットに含まれている為)

ご不明な点は、代理店または、弊社担当営業までご連絡下さい。

以上