

2011年9月

特約店様各位

NO. 11-TC-20

旭硝子株式会社 AGC電子カンパニー
エレクトロニクス事業本部 コンシューマ事業部
サイテック部

チャンバースライドⅡ 販売再開のご案内

拝啓 貴社益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題「チャンバースライドⅡ 販売再開のご案内」につきまして、下記の通りご案内致します。長らくお待たせし、ご迷惑をお掛けし申し訳ありませんでした。今後とも拡販にご協力賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

昨年12月に一時販売停止とさせて頂いたチャンバースライドⅡについて、販売を再開させて頂きます。チャンバースライドⅡが一時販売中止となった主な原因は、「細胞がスジ上に生える」との現象が見られた事でしたが、販売再開品で用いているAGC製造のスライドガラス基板は、その製造方法から、そのような現象がないガラスである事を確認しています。但し、一般的なガラスの特性として時間経過に伴うヤケにより、表面状態が多少変化する為、今後はこの製品に有効期限を設定する事と致しました。

- 販売再開時期 : 2011年9月7日より
- 販売再開 対象製品 :
 - 5702-001 : チャンバースライドⅡ 1チャンバー
 - 5712-002 : チャンバースライドⅡ 2チャンバー
 - 5722-004 : チャンバースライドⅡ 4チャンバー
 - 5732-008 : チャンバースライドⅡ 8チャンバー

- ※ 標準価格・仕切り価格に変更はありません。
- ※ 有効期限(使用期限)を 外箱に表示しております。
- ※ ガラスの表面変化が起きやすい高温多湿の場所での保管は避けて下さい。

ご不明な点は、代理店または、弊社営業担当までご連絡下さい。

以上