



IWAKIニュース

2022 No. 1



お知らせ

- パスツールピペットの破損事例のご連絡ならびにご使用前点検実施のお願い

ティッシュカルチャーコーナー

- 一旭化成パックス社製品 プレート用カバーフィルム G-Medic®CF 販売中止のお知らせ

ウェアコーナー

- 一部 WARE 製品の販売中止のお知らせ

2022年1月吉日

お | 知 | ら | せ |

パストゥールピペットの破損事例のご連絡ならびにご使用前点検実施のお願い

パストゥールピペットにつきまして下記の通り破損の報告が有りましたので、ご連絡させて頂くとともにお客様のご使用に際しましては、改めてご使用前点検の実施・徹底をして頂けますようお願い申し上げます。

【該当製品】 パストゥールピペット(ソーダライムガラス製) 5 インチ 品種コード:IK-PAS-5P

【LOT NO.】 20252*** (LOT は 8 桁の表記ですが、上 5 桁でご確認ください)

【破損の状況】

小箱を開封後、お客様にて破損を確認され、弊社へご連絡。

製品上部(上端から 2~3 mm の部分、持ち手側)が割れている・亀裂が入っている。お怪我などは無し。

<破損品の写真>



【発生の原因と今後の取り扱い】

現在、海外仕入れ元と破損についての原因究明と今後の取り扱いについて協議をしております。

追加情報及び、原因と対策につきましてご連絡事項が出来ましたら改めてご連絡差し上げます。

取り急ぎお客様にてもし該当 LOT の製品が御座いましたら弊社営業担当へご連絡をお願い致します。

速やかに代品と交換させて頂きます。

尚、パストゥールピペットのご使用に際しましては、該当製品でない場合につきましても輸送中の振動やご使用時の加熱処理、急加熱、急冷却等に、クラック(微小ひび)が生じたり、伸長してしまう場合がございます。

今一度お客様には、ご使用前の点検を確実に実施いただけますよう、お願い申し上げます。

ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までご連絡をお願い致します。

2022年1月吉日

テ | イ | ツ | シ | ュ | カ | ル | チ | ヤ | ー | コ | ー | ナ | ー |

販売中止

旭化成パックス社製品 プレート用カバーフィルム G-Medic®CF 販売中止のお知らせ

旭化成パックス社製品プレート用カバーフィルム G-Medic®CF について、販売中止の連絡がありましたので、ご案内させていただきます。

1. 販売中止時期 : 在庫無しの為、即日販売中止 とさせていただきます。
2. 販売中止対象製品 :

2021年カタログ 掲載ページ	品種コード	製品名
31	CF-PZ-2	プレート用カバーフィルム G-Medic® CF

3. その他: 代替品なし

2022年1月吉日

ウ | エ | ア | コ | ー | ナ | ー |
└─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘

販売中止

一部 WARE 製品の販売中止のお知らせ

一部 WARE 製品につきましては、諸般の事情により、販売中止とさせていただきます。

1. 販売中止時期 : 在庫無しの為、即日販売中止 とさせていただきます。

2. 販売中止対象製品:

2021 年カタログ 掲載ページ	品種コード	製品名
194	CS-830-S0	ディスポーザブル血沈ピペット(ガラス製)

2022年1月吉日